



Przemyśl, dnia 20.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na:

Naprawę akumulatorów do kamery termowizyjnej „ELVIR”

z materiałów własnych Wykonawcy, polegającej na wymianie na nowe ogniwo, uszkodzonych elementów mechanicznych i elektronicznych, a także świadczenie przez Wykonawcę przez okres 12 miesięcy usług serwisowych w ramach gwarancji udzielonej na wykonaną usługę, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 2 poniższego opisu;

1. Wymagania techniczno-funkcjonalne jakie muszą spełnić akumulatory po naprawie:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a) typ ogniwa | litowo-jonowe |
| b) napięcie nominalne | 14,8V |
| c) pojemność | min. 2000mAH |
| d) zakres temperatury pracy | -30°C do +60°C |
| e) zakres temperatury przechowywania | -40°C do +60°C |
| f) kolor obudowy | czarny |
| g) rodzaj złącza | dedykowany do kamery termowizyjnej i ładowarki ELVIR |
| h) waga | max.400g |

2. Wymagania gwarancyjne i serwisowe:

- Zamawiający wymaga aby wykonana usługa objęta był gwarancją na okres 12 miesięcy.
- Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez strony „Protokołu odbioru po wykonaniu usługi”. (Wzór protokołu w załączniku do umowy).
- Gwarancja obejmuje :
 - wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnienie przez wykonawcę deklarowanych parametrów wg opisanych wymagań techniczno-funkcjonalnych;
 - naprawę wykrytych uszkodzeń;
 - usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu urządzenia.
- Odbiór uszkodzonego urządzenia oraz dostawa po wykonanej usłudze gwarancyjnej jest realizowana na koszt Wykonawcy;
- Czas naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych;
- Wykonawca do dostarczonego naprawionego sprzętu będącego przedmiotem umowy dołączy jego zbiorczy wykaz zawierający: numery seryjne, numery telefonów, faksów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne.

Planowana ilość zamówienia: 67 szt. – ilość może ulec zmianie w zakresie 50-80 szt. w zależności od zaoferowanej ceny jednostkowej naprawy.

Złożona oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,
- cenę jednostkową brutto za naprawę 1 szt. baterii oraz wartość oferty brutto,
- termin ważności oferty.

Oferta powinna być opatrzona pieczętką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.



Wydział Łączności i Informatyki
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
tel. (+48 16) 673 20 46
fax. (+48 16) 673 27 23

Oferty w zamkniętej kopercie można składać w kancelarii jawnej w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu lub przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres:

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl

z dopiskiem: Wydział Łączności i Informatyki
Oferta na naprawę baterii do kamery ELVIR

lub na jeden z niżej podanych adresów e-mail w formie skanu w kolorze.

Termin składania ofert upływa w dniu **06.06.2016 r.**

Warunki dostawy i płatności: zgodnie z umową – projekt umowy w załączeniu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej dokona zawarcia umowy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. bez stosowania ustawy, w oparciu o wynik zamieszczonego postępowania ofertowego z Oferentem, którego oferta jest najkorzystniejsza ze złożonych pod względem ceny oferty i spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Ewentualne pytania należy składać pisemnie w kancelarii jawnej w siedzibie oddziału osobiście lub przesłać na powyższy adres siedziby oddziału lub jeden ze wskazanych poniżej adresów e-mail:

janusz.szczygielski@strazgraniczna.pl;

wioletta.buczek@strazgraniczna.pl;

stanislaw.korecki@strazgraniczna.pl

ZASTĘPCA KOMENDANTA
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego
wz. ppłk SG Robert KIELAR
NACZELNIK
WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI